

トルエン

(ヘッドスペース法)

試料採取(バイアル瓶)
| + 水, *N,N*-ジメチルホルムアミド等 *
バイアル瓶を密栓
|
ヘッドスペースガス
|
ガスクロマトグラフィー質量分析法

* 試料に応じて適切な溶媒を選択

(蒸留法)

試料採取
| + 水
| + ヘキサン
精油定量用蒸留装置で蒸留
|
ヘキサン層
|
ガスクロマトグラフィー質量分析法